



DJS ISO 81060-1:2026

First edition

ع ت أيزو ٨١٠٦٠-١/٢٠٢٦

الإصدار الأول

مشروع تصويت

(تبنٍ مماثل)

أجهزة قياس ضغط الدم غير الباضعة

الجزء ١ : المتطلبات وطرق الفحص للنوع غير الآلي للقياس

Non-invasive sphygmomanometers

Part 1: Requirements and test methods for non-automated measurement type

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تتم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢، الجزء ٢: قواعد هيكلية وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

بناءً على ذلك، قامت اللجنة الفنية الدائمة للمقاييس ٣٥ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ١١٨٨-١/١٩٩٧ أوروبية ١٠٦٠-١/١٩٩٥، المقاييس - مقاييس الدم الشرياني، الجزء الأول: المتطلبات العامة والمواصفة القياسية الأردنية ١١٨٨-٢/١٩٩٧ أوروبية ١٠٦٠-٢/١٩٩٥، المقاييس - مقاييس الدم الشرياني، الجزء الثاني: المتطلبات التكميلية لمقاييس ضغط الدم الشرياني الميكانيكية ومشروع المواصفة القياسية الأردنية أيزو ١٠٦٠-١/٢٠٢٦ الخاص بأجهزة قياس ضغط الدم غير الباضعة، الجزء ١: المتطلبات وطرق الفحص للنوع غير الآلي للقياس، وأوصت بسحب المواصفات القياسية الأردنية أعلاه واعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية أيزو ١٠٦٠-١/٢٠٢٦، وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية أيزو ١٠٦٠-١ الأجزاء التالية تحت نفس العنوان العام "أجهزة قياس ضغط الدم غير

الباضعة":

- الجزء ١: المتطلبات وطرق الفحص للنوع غير الآلي للقياس.
- الجزء ٢: الاستقصاء السريري للنوع الآلي للقياس المنقطع.
- الجزء ٣: الاستقصاء السريري للنوع الآلي للقياس المستمر.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية أيزو ٨١٠٦٠-٢٠٢٦/١ تبني مماثل للمواصفة القياسية الدولية ٨١٠٦٠-٢٠٠٧/١ والتي تم مراجعتها والإبقاء عليها وتثبيت محتواها سنة ٢٠٢٢، أجهزة قياس ضغط الدم غير الباضعة، الجزء ٩: المتطلبات وطرق الفحص للنوع غير الآلي للقياس، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الأوروبية كمواصفة قياسية أردنية.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييسية ضمن المواصفة القياسية الدولية ٨١٠٦٠-٢٠٠٧/١ والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

ويمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ٨١٠٦٠-٢٠٠٧/١ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.