

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم مشروع التصويت سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تتم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية.

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة الفنية القائمة للمستلزمات الطبية ٣٣ بدراسة القاعدة الفنية الأردنية ١٨٥٩/٢٠٠٩ الخاصة بمستلزمات الزرع الجراحية غير النشطة - الاشتراطات العامة ومشروع المواصفة القياسية الأردنية إيزو ٢٠٢٥/١٤٦٣٠ الخاص بمستلزمات الزرع الجراحية غير النشطة - الاشتراطات العامة، وأوصت بسحب القاعدة الفنية الأردنية ١٨٥٩/٢٠٠٩ واعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية إيزو ٢٠٢٥/١٤٦٣٠، مستلزمات الزرع الجراحية غير النشطة - الاشتراطات العامة، وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٥ وتعديلاته.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية إيزو ٢٠٢٥/١٤٦٣٠ تبني مائلاً للمواصفة القياسية الدولية ٢٠٢٤/١٤٦٣٠ الخاصة بمستلزمات الزرع الجراحية غير النشطة - الاشتراطات العامة، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية إيزو ١٤٦٣٠ بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ١٨٥٩ الصادرة عام ٢٠٠٩ وتحل محلها.

يمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ٢٠٢٤/١٤٦٣٠ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.